



# L. Microbiología Pasteur, S.A. DE C.V.

Cerrada de la 25 Sur No. 1506-9, Col. El Águila, Puebla, Pue. C.P. 72410 - Tel. 222-248-76-94 y 222-231-37-66

L. Microbiología  
Pasteur S.A. DE C.V.

## INFORME DE RESULTADO

FL-MM-04

No. de Identificación del Reporte: 91

No. de Muestras: 1

Pág: 1 / 1

### Datos Fiscales:

Nombre: Trade Ag Co. México, S.A. De C.V.

Calle: BOSQUES DE CHIAPAS

No. Ext: 21

No. Int:

Colonia: BOSQUES DE MEXICO

CP: 54050

Ciudad: TLALNEPANTLA, EDO. DE

### Datos de Muestreo:

Lugar del Muestreo: Planta

Fecha de Muestreo:

Fecha de Recepción: 01/06/2020

Instrumentos de recepción: BL04, TER21

Hora de Muestreo: :

Hora de Recepción: 3:00:PM

1 Muestra: Virusol desinfectante

Cantidad: V 646 mL

TR: T.A.

Obs:

Fecha I. Análisis:

05 jun. 2020 02:00:PM

Procedimiento de toma de

CLIENTE

Norma: NMX-BB-040-SCFI-1999

Fecha F. Análisis:

07 jun. 2020 10:40:AM

### Métodos de Prueba y Unidades Utilizada

### Resultados

### Límites máximos de referencia

### Unidades

Actividad Antimicrobiana en Productos Germicidas, Porcentaje de reducción en 30s, para Staphylococcus aureus ATCC 6538 (Equipo: EF01, IC04 35°C +/- 0.5°C, CC01) NMX-BB-040-SCFI-1999

100

99.999

%

Actividad Antimicrobiana en Productos Germicidas, Porcentaje de reducción en 30s, para Escherichia coli ATCC 11229, (Equipos EF01, IC04 35°C +/- 0.5°C, CC01) NMX-BB-040-SCFI-1999

100

99.999

%

\*Valor estimado.

Observaciones:

Dos boles.

Suplemento al informe: 91 emitido el día: 09/06/2020 debido a que la dirección del cliente era incorrecta.

a - PRUEBA AUTORIZADA POR COFEPRIS | b - PRUEBA NO AUTORIZADA POR COFEPRIS

Fecha de emisión del reporte: 09/06/2020

Autorización COFEPRIS TA-35-18

El informe de pruebas sólo afectará al(los) objeto(s) sometido(s) a prueba.

El presente informe no deberá ser reproducido total o parcialmente sin la aprobación por escrito del laboratorio.

Es responsabilidad del cliente la interpretación de sus resultados, cuando la muestra y su información, sean proporcionados por el mismo.

QFB. Lourdes M. Tomas Muñoz

Aprueba